



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego<sup>A</sup>  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie  
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nasz znak: ZP.271- 418.41/16

Kraków, dnia 15.12.2016 r.

*Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na*

**„Dostawę stabilizatorów zewnętrznych i śrubopłytek dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej oraz materiałów szewnych dla Bloku Operacyjnego”.**

ZP 41/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm. ) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców .

Pytanie 1 - Grupa 3, poz. 1-12

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Pytanie 2 - Grupa 3, poz. 1

Proszę o dopuszczenie nici USP 6/0, zamiast 5/0.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Pytanie 3 - Grupa 3, poz. 10

Proszę o dopuszczenie nici USP 3/0 zamiast 2/0 i igły 22 mm zamiast 26 mm.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Pytanie 4- Grupa 3, poz. 13-16

Proszę o wyjaśnienie określenia „polibuster”.

**Odpowiedź: winno być „polibutester”.**

Odpowiedź:

Pytanie 5 - Pytanie 1 do grupy 2

Czy Zamawiający dopuści płytki krętarzowe o ilości otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Pytanie 6 - Pytanie 2 do grupy 2

Czy Zamawiający dopuści płytki kłykciowe o ilości otworów: 6, 8, 10, 12 i 14?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Centrala Telefoniczna Szpitala  
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala  
12 644- 08-65

FAX  
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl  
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028  
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl



Pytanie 7 - Pytanie 3 do grupy 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu płytki do stabilizacji krętarza na indywidualne zamówienie?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymogu zapewnienia płytek do stabilizacji krętarza na indywidualne zamówienia.**

Powyzsza odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.

**Zatwierdził**

**Dyrektor Szpitala**

**Dr n. med. Jerzy Friediger**