



Kraków, 5.11.2008 r.

ZNAK: NO – 3411 – 9/08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Po uwzględnieniu protestu złożonego w dniu 28 października 2008 r. przez Zbigniewa Layera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Promedicom Medyczne Centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe mgr inż. Zbigniew Layer, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający zawiadamia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku **ZP 9/2008**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie łóżek szpitalnych i materacy zmienno-ciśnieniowych.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Promedicom Medyczne Centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe mgr inż. Zbigniew Layer z siedzibą w Krakowie pod adresem Rynek Podgórski 7, 30 – 518 Kraków. Oferta ta uzyskała 100 punktów w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu z postępowania oferty firm:

Stolter Sp. z o.o. z siedzibą w gminie Stolno pod adresem Grubno 63, 86 – 212 Stolno. Oferta ta uzyskała 65 punkty w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

W postępowaniu **odrzucono** następujące oferty firm:

Medus Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich pod adresem ul. 1-go Maja 8E, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie.

Wykonawca w formularzu warunków technicznych w punkcie nr 13 w części dotyczącej łóżek szpitalnych nie podał informacji na temat wypełnienia leża oferowanych łóżek, przez co oferta ta nie spełnia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów oraz jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

Kendromed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Sołtysowicka 25A, 51 – 168 Wrocław.

Wykonawca w formularzu warunków technicznych w punkcie nr 7 w części dotyczącej łóżek szpitalnych jako oferowaną minimalną wysokość leża podał wartość 42 cm, tymczasem Zamawiający wymagał, aby wysokość minimalna leża była mniejsza lub równa 40 cm, przez co oferta ta nie spełnia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów oraz jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

Akson spółka jawna Padjastek – Kryowski z siedzibą w Katowicach przy ul. Ziołowej 47, 40 – 635 Katowice.

Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu zaferował materace zmienno-ciśnieniowe wyprodukowane przez APEX MEDICAL, typ PM 100B, podając jednocześnie, iż są one zaopatrzone w pompę o wydajności większej niż 8 l/min. Tymczasem w toku postępowania protestacyjnego okazało się, iż oferowane materace zaopatrzone są w pompę o wydajności większej niż 4 l/min. W związku z powyższym Zamawiający doszedł do wniosku, iż oferowane materace nie spełniają wymaganego parametru, przez co oferta nie spełnia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów oraz jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym uzyskali Państwo lub mogli Państwo uzyskać informację o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.

Z poważaniem