



Kraków, 18.11.2008 r.

ZNAK: NO – 3411 – 11/08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku **ZP 11/2008**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych.

Za najkorzystniejszą dla **części nr 1** obejmującej dostawę 20 sztuk koncentratorów tlenu uznano ofertę firmy:

Air Liquide Sante Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Płocka 13, 01 – 231 Warszawa. Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów wg przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert. Ilość otrzymanych punktów wynosi 100.

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu z postępowania oferty firm dla części nr 1:

Messner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie pod adresem ul. Maciejkowicka 30, 41 – 503 Chorzów. Oferta ta uzyskała 76 punktów w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

Za najkorzystniejszą dla **części nr 2** obejmującej dostawę 2 sztuk aparatów EKG uznano ofertę firmy:

Elmed Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Forteczna 46, 30 – 437 Kraków. Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów wg przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert. Ilość otrzymanych punktów wynosi 100.



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>

Za najkorzystniejszą dla **części nr 3** obejmującej dostawę 4 sztuk podnośników do podnoszenia, transportu i pionizacji chorego, 19 sztuk ssaków elektrycznych, 4 sztuk pulsoksymetrów, 22 sztuk inhalatorów/nebulizatorów oraz 5 sztuk pomp infuzyjnych uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Żywiec Medical Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu pod adresem ul. Fabryczna 1, 34 – 300 Żywiec. Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów wg przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert. Ilość otrzymanych punktów wynosi 100.

W postępowaniu **odrzucono** następujące oferty firm:

ERES MEDICAL Zbigniew Lubaś z siedzibą w Tomaszowicach pod adresem Płuszwowice kol. 64B, 21 – 008 Tomaszowice.

Zamawiający w formularzu warunków technicznych w części dotyczącej podnośnika do podnoszenia, transportu i pionizacji chorego wymagał od Wykonawców między innymi określenia zakresu ruchu ramienia w pionie poprzez określenie maksymalnego i minimalnego położenia (pkt 5) oraz podanie wymiarów ramy jezdnej poprzez określenie maksymalnej szerokości ramy jezdnej i długości ramy jezdnej (pkt 6). Wykonawca w punkcie 5 określił tylko maksymalne położenie, nie określił natomiast minimalnego położenia. Ponadto w punkcie 6 Wykonawca określił tylko długość ramy jezdnej, nie określił natomiast maksymalnej szerokości ramy jezdnej.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż w ofercie nie wpisano wartości dla danego parametru, co jest traktowanego jako brak danego parametru i skutkuje odrzuceniem oferty bez jej dalszego rozpatrywania.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

Promedicom Medyczne Centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe mgr inż. Zbigniew Layer z siedzibą w Krakowie pod adresem Rynek Podgórski 7, 30 – 518 Kraków.

Zamawiający w formularzu warunków technicznych w części dotyczącej inhalatorów/nebulizatorów wymagał między innymi, aby oferowane urządzenie spełniało warunek określony jako praca ciągła 24 godziny na dobę (pkt 5), Wykonawca opisując ten parametr określił, iż urządzenie posiada maksymalny czas nieprzerwanej pracy 30 minut. Ponadto Zamawiający wymagał procentowego określenia objętości terapeutycznej i podania wartości wdychania cząsteczki (pkt 13). Wykonawca w tabeli określającej parametry oferowane wpisał jedynie procentową wartość objętości terapeutycznej bez podania wartości wdychania cząsteczki.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż w kwestii określonej w punkcie 5 oferta nie spełnia wymaganego przez Zamawiającego parametru, natomiast w punkcie 13 Wykonawca nie podał wszystkich wymaganych parametrów, co jest traktowanego jako brak danego parametru i skutkuje odrzuceniem oferty bez jej dalszego rozpatrywania.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem al. Jana Pawła II 41A, 31 – 864 Kraków.

Zamawiający w formularzu warunków technicznych w części dotyczącej koncentratorów tlenu wymagał od Wykonawcy między innymi określenia stężenia tlenu przy przepływie 5l/min, którego procentowa wartość określona została przez Zamawiającego w wysokości $90\% \pm 3\%$, a więc w przedziale od 87% do 93 % (pkt 6). Tymczasem Wykonawca określił procentowy przedział w wysokości od 87% do 95,6 %, podana wartość wykracza poza wymagany przez Zamawiającego przedział, co należy uznać jako niespełnienie danego parametru, co natomiast jest traktowanego jako brak danego parametru i skutkuje odrzuceniem oferty bez jej dalszego rozpatrywania.

Z postępowania **nie wykluczono** żadnego z Wykonawców.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym uzyskali Państwo lub mogli Państwo uzyskać informację o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.